




POR UNA SALUD FUERTE.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Intendencia de Prestadores



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

Acreditación prestadores GES

Componente

APE-1 Esterilización


SRA. VERONICA ESPINOLA SOLAR
ENCARGADA PROGRAMA NACIONAL DE IIH
DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE
SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
MINISTERIO DE SALUD





POR UNA SALUD FUERTE.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Intendencia de Prestadores



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

Marco Legal

DFL 1 / 2005 MINSAL

LIBRO 1, CAPITULO 1; LEY ORGANICA MINSAL

ART 4 : N° 11 ESTANDARES DE CALIDAD

N° 12 SISTEMA DE ACREDITACIÓN



SUPERINTENDENCIA DE SALUD



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

Manual de atención de atención cerrada

- El manual especifica los atributos de cada ámbito y busca elementos medibles (verificables) para certificar su cumplimiento
- Ámbitos: 9
- Componentes de los ámbitos: 35
- Características de los componentes: 96
- Verificadores de las características: 99
- Elementos medibles de los verificadores: 443



Manual de acreditación


Ámbitos:

1. Dignidad del paciente
2. Gestión de la Calidad
3. Gestión clínica
4. Acceso, oportunidad y equidad.
5. Recursos humanos
6. Registros clínicos
7. Seguridad en los Equipamientos
8. Seguridad en las instalaciones
9. Unidades de apoyo (Esterilización)



POR UNA SALUD FUERTE.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Intendencia de Prestadores



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

Componente: Los procesos de esterilización y desinfección de materiales y elementos clínicos se efectúan en condiciones que garantizan la seguridad de los pacientes.

Característica

APE-1.1: Las prestaciones de esterilización compradas a terceros cumplen condiciones mínimas de seguridad.




MINISTERIO DE SALUD



POR UNA SALUD FUERTE.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Intendencia de Prestadores



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

Verificador: Compra de prestaciones a terceros acreditados.

Elementos medibles APE-1.1 ATENCIÓN CERRADA	Dirección o gerencia del prestador
Se constata que la compra de prestaciones se realiza solamente a terceros acreditados	


Umbral de cumplimiento
Cumple Cumple $\geq 100\%$





POR UNA SALUD FUERTE.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Intendencia de Prestadores



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

Componente: Los procesos de esterilización y desinfección de materiales y elementos clínicos se efectúan en condiciones que garantizan la seguridad de los pacientes.

Característica


APE- 1.2 Las etapa de lavado, preparación y procesamiento del material a esterilizar se realiza en forma centralizada.





POR UNA SALUD FUERTE.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Intendencia de Prestadores



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

Verificador: Esterilización centralizada.

Elementos medibles APE-1.2 ATENCIÓN CERRADA	P Q	UPC Ad	UPC Ped	UPC Neo	Obst - gine	Cirugía	Dental	U R G
Se constata que las etapas de lavado y preparación se realizan en forma centralizada ^[1] .								
Se constata que la etapa de esterilización propiamente tal se realiza en la Central de Esterilización.								

Umbral de cumplimiento

Cumple Cumple $\geq 100\%$


[1] Se considera que dichas etapas están centralizadas si son realizadas en el Servicio de Esterilización o en un recinto físico o Unidad distinta, siempre que esto último ocurra bajo la supervisión de Esterilización.





POR UNA SALUD FUERTE.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Intendencia de Prestadores



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

Componente: Los procesos de esterilización y desinfección de materiales y elementos clínicos se efectúan en condiciones que garantizan la seguridad de los pacientes.

Característica

APE- 1.3 El material es procesado de acuerdo a métodos de esterilización basados en las normas técnicas vigentes en la materia y se evalúa su cumplimiento






POR UNA SALUD FUERTE.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Intendencia de Prestadores

Verificador: Procedimientos de esterilización



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

Elementos medibles APE-1.3 ATENCIÓN CERRADA	Servicio de esterilización
<p>En documentos elaborados por el servicio de esterilización se describen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los métodos de esterilización y desinfección a utilizar, de acuerdo a los tipos de materiales de uso clínico. - Los procedimientos relacionados con: <ul style="list-style-type: none"> Transporte de material contaminado Recepción de material esterilizado fuera de la institución.* Recepción de materiales a ser esterilizados Lavado y secado Inspección y preparación Operación de equipos de esterilización Distribución Controles del proceso 	<div data-bbox="1480 935 1917 1037" style="border: 1px solid black; background-color: #e6e6ff; padding: 5px;"> <p>Umbral de cumplimiento Cumple Cumple $\geq 67\%$</p> </div>
Se ha definido al menos 2 indicadores y umbrales de cumplimiento.	
Existe constancia de que se ha realizado la evaluación periódica.	




* Se solicita a Dirección y/ o gerencia del prestador cuando el servicio de esterilización se encuentra totalmente externalizado.



POR UNA SALUD FUERTE.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Intendencia de Prestadores



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

Componente: Los procesos de esterilización y desinfección de materiales y elementos clínicos se efectúan en condiciones que garantizan la seguridad de los pacientes.

Característica


APE- 1.4 El almacenamiento de material estéril se realiza de acuerdo a normas técnicas vigentes en la materia y se evalúa su cumplimiento.





POR UNA SALUD FUERTE.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Intendencia de Prestadores



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

Verificador: Almacenamiento de material estéril


Elementos medibles APE-1.4 ATENCIÓN CERRADA	Servicio de esterilización	P Q	Cirugía	UPC adulto	UPC Neo	UPC Ped.	Obstet-gine
Se describe en documento elaborado por Servicio de Esterilización procedimiento de almacenamiento de material estéril.							
Se ha definido indicador y umbral de cumplimiento.							
Existe constancia de que se ha realizado la evaluación periódica.							
Se constata en terreno almacenamiento de material estéril de acuerdo a norma local que considera las orientaciones del MINSAL							

Umbral de cumplimiento
Cumple Cumple $\geq 75\%$



POR UNA SALUD FUERTE.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Intendencia de Prestadores



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

Componente: Los procesos de esterilización y desinfección de materiales y elementos clínicos se efectúan en condiciones que garantizan la seguridad de los pacientes.

Característica


APE- 1.5 La desinfección de alto nivel se realiza de acuerdo a normas técnicas vigentes en la materia y se evalúa su cumplimiento.





POR UNA SALUD FUERTE.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Intendencia de Prestadores



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

Verificador: Desinfección de alto nivel (DAN)

Elementos medibles APE-1.5 ATENCIÓN CERRADA	Servicio de esterilización *
Se describe en un documento elaborado por el Servicio de Esterilización ^[1] el procedimiento de desinfección de alto nivel.	
Se ha definido indicador y umbral de cumplimiento.	
Existe constancia de que se ha realizado la evaluación periódica.	

1 Sala de DAN.

[1] Comité de IIH en caso de Servicio de Esterilización externalizado.

Umbral de cumplimiento


Cumple Cumple $\geq 67\%$





POR UNA SALUD FUERTE.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Intendencia de Prestadores



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

DESAFIOS ADQUIRIDOS


- Taller nacional una vez al año
- Documento de orientaciones prácticas en registros y controles de calidad.
- Diagnóstico de situación país
- Incorporación de la APS
- Actualización del Manual (N° de personal requerido, capacitación, registros, etc)





POR UNA SALUD FUERTE.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Intendencia de Prestadores



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

MUCHAS GRACIAS



MINISTERIO DE SALUD